

THƯ MỜI

Về việc mời chào giá cung ứng dịch vụ sửa chữa lò hấp ướ́t và má́y sấy quần áo của Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn (Cơ sở 2).

Hiện nay, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng đang có nhu cầu cung ứng dịch vụ sửa chữa lò hấp ướ́t và má́y sấy quần áo của Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn (Cơ sở 2).

Để có cơ sở lập kế hoạch mua sắm Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng kính mời Quý Đơn vị khảo sát và báo giá hàng hóa/dịch vụ, thông tin cụ thể như sau:

Stt	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Mô tả yêu cầu về hàng hoá/Dịch vụ
1	Sửa chữa thay thế Điện trở 3KW/380V/3P	Cái	05	Điện trở dùng để đốt nóng nước trong buồng đun của lò hấp - Công suất: 3kw - Điện áp: 3 pha 380v - Chất liệu inox 304 chống ăn mòn - Cách điện an toàn cho người sử dụng - Mới 100% Sau khi thay thế phải tương thích và hoạt động tốt với lò hấp ướ́t Tuttnauer hiện có tại Bệnh viện (cơ sở 2)
2	Sửa chữa bo mạch chính điều khiển lò hấp	Cái	01	Sửa chữa và hiệu chỉnh lại phần điều khiển nhiệt độ lò hấp của bo mạch chính điều khiển Sau khi sửa chữa và hiệu chỉnh, đảm bảo lò hấp ướ́t Tuttnauer hiện có tại Bệnh viện (cơ sở 2) hoạt động đúng nhiệt độ và chương trình cài đặt

3	Sửa chữa thay thế Cầu dao điện tự động 1P 32A,	Cái	03	Cầu dao điện tự động dùng để đóng ngắt nguồn điện cho điện trở đốt của lò hấp - Dòng điện định mức: 32A - Điện áp làm việc: 1 pha 230/400V - Khả năng cắt ngắn mạch Icu: 15KA - Mới 100% Sau khi thay thế phải tương thích và hoạt động tốt với lò hấp ướt Tuttnauer hiện có tại Bệnh viện (cơ sở 2)
4	Sửa chữa Gối đỡ lồng máy sấy	Cái	02	- Gối đỡ lồng máy sấy dùng để đỡ và trượt có hướng theo lồng sấy. Chịu tổng trọng lượng từ 30kg-40kg, chịu nhiệt độ cao từ 70°C đến 90°C - Gia cố và sửa chữa phần lớp áo của gối đỡ để khi lồng quay không bị rung lắc và phát ra tiếng kêu lớn - Gia cố và sửa chữa phần bạc đạn chịu lực, chịu mài mòn và chịu nhiệt độ cao của gối đỡ để tránh trường hợp khi lồng quay sẽ bị bó, bị xô lệch dẫn tới làm hư hại tới các linh kiện khác của máy Sau khi sửa chữa phải tương thích và sử dụng tốt với máy sấy Whirlpool 15kg hiện có tại Bệnh viện (cơ sở 2)
5	Thay thế Dây curoa kéo lồng máy sấy	Sợi	01	Dùng để kết nối động cơ với lồng sấy, giúp lồng quay - Chiều dài (chu vi): 234cm - Cấu tạo: có 3 rãnh và 4 đỉnh. Được làm bằng cao su tổng hợp chịu được nhiệt độ từ -30°C đến 100°C - Mới 100% Sau khi thay thế phải tương thích và sử dụng tốt với máy sấy Whirlpool 15kg hiện có tại Bệnh viện (cơ sở 2)
6	Sửa chữa thay thế Điện trở	Bộ	01	Điện trở dùng để đốt nóng nước trong buồng đun của lò hấp - Công suất: 12kw - Điện áp: 3 pha 380v - Chất liệu inox 304 chống ăn mòn - Cách điện an toàn cho người sử dụng - Mới 100% Sau khi thay thế phải tương thích và hoạt động tốt với lò hấp ướt STURDY SAP-600DVX hiện có tại Bệnh viện (cơ sở 2)

-Hồ sơ Báo giá bao gồm:

- + Báo giá hàng hóa/dịch vụ ;
- + Giấy phép đăng ký kinh doanh của Đơn vị (phải phù hợp với hàng hóa/dịch vụ cung cấp).

-Hồ sơ Báo giá được xem là hợp lệ khi:

+ Báo giá có đủ chữ ký và con dấu hợp lệ;

+ Đơn vị tham dự chào giá phải ghi rõ trong bản báo giá: thông tin của đơn vị chào giá (tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại, Email, mã số thuế); ngày chào giá; hiệu lực của chào giá; thời gian dự kiến hoàn thành, tên thương mại của hàng hóa/dịch vụ, số lượng/khối lượng, đơn vị tính, thành tiền (đã bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) và các chi phí khác liên quan) và được bỏ vào phong bì niêm phong kín.

-Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày Thư mời chào giá được đăng tải lên Website của Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng (<https://phusannhidanang.org.vn>).

- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng, số 402 Lê Văn Hiến, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý đơn vị.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các nhà thầu;
- Ban Giám đốc (để biết);
- Phòng CNTT (để đăng Website);
- Lưu: VT,VTTTBYT.

GIÁM ĐỐC

TS.BS Trần Đình Vinh